



برگه ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی



11016-945

تاریخ: 1400/6/6

نام آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور

دوره: عمومی 1-1400

شماره نمونه: 2.740 003120

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

استان: تهران

آزمایش	نتیجه آزمایشگاه	Sample/Cutoff	روش	سازنده کیت	نتیجه مورد انتظار
HBs Ag	Positive	14.8	ECL	Roche	Positive
HCV Ab	Negative	0.07	ECL	Roche	Negative
HIV Ab	Positive	109.9	ECL	Roche	Positive

جدول توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها برحسب روش مورد استفاده

Test						Result
	CL	ECL	ELFA	ELISA	Other	
HIV Ab	0	0	0	1	1	Suspicious
	76	138	171	1033	11	Positive
	1	1	4	18	0	Negative
HCV Ab	1	1	0	11	0	Positive
	70	142	202	1005	16	Negative
	1	0	0	1	0	N.A
	0	0	0	1	0	Suspicious
HBs Ag	0	0	0	1	0	Suspicious
	117	155	179	1007	13	Positive
	2	2	5	25	3	Negative



برگه ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی



11016-945

تاریخ: 1400/6/6

نام آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور

دوره: عمومی 1-1400

شماره نمونه: 2.740 003121

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

استان: تهران

آزمایش	نتیجه آزمایشگاه	Sample/Cutoff	روش	سازنده کیت	نتیجه مورد انتظار
HBs Ag	Negative	0.2	ECL	Roche	Negative
HCV Ab	Negative	0.07	ECL	Roche	Negative
HIV Ab	Positive	171.0	ECL	Roche	Positive

جدول توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها برحسب روش مورد استفاده

Test						Result
	CL	ECL	ELFA	ELISA	Other	
HIV Ab	0	0	0	1	1	Suspicious
	74	137	170	1020	11	Positive
	1	0	2	19	0	Negative
HCV Ab	1	0	1	10	0	Positive
	70	141	197	992	14	Negative
	0	0	0	1	0	N.A
HBs Ag	0	0	0	2	0	N.A
	1	0	0	4	0	Suspicious
	0	0	2	24	0	Positive
	112	152	183	977	19	Negative