



برگه ارزیابی خارجی کیفیت Torch



ISO 9001:2008
Cert No. FS 565441

انستیتو ملی تضمین کیفیت ایران



تاریخ: 1400/9/23 11016-945

نام آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور

دوره: Torch1400-2

شماره نمونه: 2.740|003430

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

استان: تهران

آزمایش	نتیجه آزمایش	واحد	نتیجه نهایی آزمایش	سازنده کیت	روش آزمایش	نتیجه مورد انتظار
Toxoplasma IgG	3.1	IU/mL	Positive	Abbott	CL	Positive
Rubella IgG	28.6	IU/mL	Positive	Abbott	CL	Positive
CMV IgG	74.3	IU/mL	Positive	Diasorin	CL	Positive
HSV IgG	16.2	ratio	Positive	Diasorin	CL	Positive

توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Test	Result	CL	ECL	ELFA	ELISA	Others
Toxoplasma IgG	Positive	59	15	4	75	2
	Negative	6	1	3	17	0
	Suspicious	13	0	16	4	1
Rubella IgG	Positive	75	26	21	101	2
	Negative	0	0	0	1	0
CMV IgG	Positive	70	17	32	83	1
	Negative	4	0	0	1	0
	Suspicious	0	0	0	1	1
HSV IgG	Positive	24	2	3	65	1
	Negative	2	0	0	3	0
	Suspicious	1	0	1	1	0



تاریخ: 1400/9/22 11016-945

نام آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور

دوره: Wright1400-2

شماره نمونه: 2.7404003210

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

استان: تهران

نتیجه مورد انتظار	سازنده کیت	نتیجه آزمایشگاه	نام آزمایش
-	پاستور	Positive	رایت روش سریع (اسلایدی)
1/160 - 1/640	رازی	1/160	رایت لوله ای
1/160 - 1/640	رازی	1/160	کومیس رایت
1/80 - 1/320		1/40	2ME

