



برگه ارزیابی خارجی کیفیت خونشناسی



11016-945

تاریخ: 1401/1/17

نام آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور

دوره: عمومی 3-1400

شماره نمونه: 2.740.002330

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

استان: تهران

گزارش ارزیابی کیفیت خونشناسی

نام تست	واحد	نتیجه	میانگین گروه	CV	SDI
PT(INR)	-	1.01	1.03	3.22	-0.22
PTT	Sec	33.9	35.60	6.22	-0.53

$SDI \leq 0.99$	$1 < SDI \leq 1.99$	$2 < SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
عالی	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول



تاریخ: 1401/1/17 11016-945

نام آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور

دوره: عمومی 3-1400

شماره نمونه: 2.740!002330

دانشگاه: علوم پزشکی ایران


استان: تهران

Test : PT(INR)

Your Result: 1.01

SDI: -0.22 %DEV: -2

Method	No	Target	CV
Manual	1227	1.00	0.00
* ≤ 1.2	65	1.00	0.00
Fisher	33	1.00	0.00
*1.51-1.7	831	1.00	0.00
Fisher	745	1.00	0.00
Others	16	1.12	13.37
Pacific	22	1.00	0.00
Terobopelastin	21	1.00	0.00
*N.A	22	1.00	0.00
Fisher	16	1.07	7.86
*1.2-1.5	85	1.00	0.00
Fisher	67	1.00	0.00
*1.71-1.9	108	1.00	0.00
Fisher	98	1.00	0.00
*1.91 \leq	116	1.00	0.00
Fisher	102	1.00	0.00
Automation	521	1.03	3.22
* ≤ 1.2	143	1.02	2.91
Human	14	1.03	3.74
Stago	55	1.01	1.35
Others	17	1.03	6.87
*1.51-1.7	270	1.05	5.79
Fisher	250	1.05	5.77
*1.2-1.5	25	1.05	6.35
*1.71-1.9	32	1.00	0.00
Fisher	27	1.00	0.00
*1.91 \leq	44	1.05	5.62
Fisher	37	1.03	3.18



Test : PTT

Your Result: 33.9

SDI: -0.53 %DEV: -5

Method	No	Target	CV
Manual	1217	32.52	10.42
*N.A	17	32.00	10.45
*Fisher	1037	32.43	10.07
*Trombophen	19	34.44	13.02
*Others	27	32.89	5.48
*Pacific	27	34.10	12.68
*Terobopelastin	15	34.04	5.04
*APTT_XL	25	33.08	14.90
Automation	516	33.02	11.04
*Human	13	30.52	9.77
*Stago	57	35.60	6.22
*Fisher	324	32.73	10.54

