



# برگه ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی



11016-945

تاریخ: 1401/1/9

نام آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور

دوره: عمومی 3-1400

شماره نمونه: 2.740 003321

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

استان: تهران

آزمایش	نتیجه آزمایشگاه	Sample/Cutoff	روش	سازنده کیت	نتیجه مورد انتظار
HBs Ag	Negative	-	CL	Diasorin	Negative
HCV Ab	Negative	-	ECL	Roche	Negative
HIV Ab	Positive	-	ECL	Roche	Positive

## جدول توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها برحسب روش مورد استفاده

Test						
	CL	ECL	ELFA	ELISA	Other	Result
HIV Ab	0	0	0	1	0	Suspicious
	76	149	150	1131	9	Positive
	3	3	2	18	0	Negative
HCV Ab	74	140	176	1111	9	Negative
	0	0	0	3	0	Suspicious
	2	0	0	9	0	Positive
	1	0	0	1	0	N.A
HBs Ag	0	0	0	1	0	N.A
	0	0	0	5	0	Suspicious
	5	1	3	62	0	Positive
	137	140	147	1076	11	Negative



11016-945

تاریخ: 1401/1/6

نام آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور

دوره: عمومی 3-1400

شماره نمونه: 2.740.003320

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

استان: تهران

آزمایش	نتیجه آزمایشگاه	Sample/Cutoff	روش	سازنده کیت	نتیجه مورد انتظار
HBs Ag	Positive		CL	Diasorin	Positive
HCV Ab	Negative	-	ECL	Roche	Negative
HIV Ab	Positive	-	ECL	Roche	Positive

جدول توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها برحسب روش مورد استفاده

Test						Result
	CL	ECL	ELFA	ELISA	Other	
HIV Ab	0	0	0	1	0	Suspicious
	77	147	148	1165	9	Positive
	0	2	2	15	0	Negative
HCV Ab	0	1	1	55	0	Positive
	77	137	174	1073	11	Negative
	0	0	0	2	0	N.A
	0	0	0	17	0	Suspicious
HBs Ag	0	0	0	7	0	Suspicious
	138	141	145	1116	9	Positive
	4	3	5	51	2	Negative