



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت بیوشیمی



دوره اول سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۱۱۱۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۷۴۰

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	Glucose	۷۶	۷۷.۶۱	۳.۶۱	-۰.۳۵	۲.۰۸%	جزئیات
۲	Urea	۲۶	۲۶.۴۲	۵.۰۲	-۰.۲۸	۱.۵۹%	جزئیات
۳	Uric Acid	۴.۶	۴.۸۲	۴.۱۵	-۰.۶۰	۴.۶۲%	جزئیات
۴	Creatinine	۰.۹۵	۱.۰۰	۷.۲۸	-۰.۵۴	۴.۸۱%	جزئیات
۵	Total Bilirubin	۰.۹۷	۰.۸۹	۸.۳۳	۰.۵۹	۸.۸۷%	جزئیات
۶	Direct Bilirubin	۰.۲۶	۰.۲۶	۱۸.۹۲	-۰.۰۶	۱.۱۴%	جزئیات
۷	Cholestrol	۱۷۴	۱۶۹.۸۱	۳.۴۷	۰.۴۱	۲.۴۷%	جزئیات
۸	Triglyceride	۱۱۳	۱۱۱.۲۱	۲.۷۹	۰.۲۱	۱.۶۱%	جزئیات
۹	HDL	۵۱	۴۸.۴۴	۵.۰۴	۰.۴۴	۵.۲۸%	جزئیات
۱۰	LDL	۱۰۲	۱۰۱.۸۰	۶.۱۱	۰.۰۱	۰.۱۹%	جزئیات
۱۱	Albumin	۴.۲	۴.۲۵	۳.۹۵	-۰.۲۰	۱.۲%	جزئیات
۱۲	Protein	۶.۵	۶.۵۸	۲.۸۶	-۰.۲۶	۱.۲۹%	جزئیات
۱۳	ALP	۱۹۵	۱۵۱.۹۲	۱۱.۶۶	۱.۸۳	۲۸.۳۵%	جزئیات
۱۴	AST	۴۱	۳۷.۱۳	۵.۸۵	۱.۰۴	۱۰.۴۲%	جزئیات
۱۵	ALT	۳۹	۳۹.۶۳	۴.۶۴	-۰.۱۶	۱.۵۸%	جزئیات
۱۶	CPK	۸۶	۸۲.۴۱	۹.۴	۰.۲۹	۴.۳۵%	جزئیات
۱۷	LDH	۲۶۳	۱۴۳.۹۷	۳.۱۸	00R	00R	جزئیات
۱۸	Amylase	۹۵	۹۶.۵۸	۳.۸۴	-۰.۱۴	۱.۶۳%	جزئیات
۱۹	Lipase	۳۸	۴۶.۸۳	۲۱.۵۱	-۱.۰۵	۱۸.۸۶%	جزئیات
۲۰	GGT	۳۱	۳۵.۱۷	۱۱.۰۶	-۱.۰۸	۱۱.۸۵%	جزئیات

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۲۱	Calcium	۸.۶	۸.۷۶	۲.۷۶	-۰.۳۷	۱.۸۷%	جزئیات
۲۲	Phosphorus	۳	۳.۱۵	۴.۷۲	-۰.۶۳	۴.۸۸%	جزئیات
۲۳	Iron	۹۳	۹۵.۴۲	۸.۹۳	-۰.۲۱	۲.۵۳%	جزئیات
۲۴	TIBC	۳۳۷	۳۲۴.۵۱	۱۵.۰۴	۰.۲۶	۳.۸۵%	جزئیات
۲۵	Transferin	۲۸۸	۲۴۷.۲۰	۱۷.۴۴	۱.۱۰	۱۶.۵%	جزئیات
۲۶	Sodium	۱۴۲	۱۳۹.۶۲	۲.۴۸	۰.۸۵	۱.۷۱%	جزئیات
۲۷	Potassium	۴.۳	۴.۲۴	۴.۶	۰.۴۰	۱.۳۹%	جزئیات
۲۸	Lithium	۰.۹۰	۰.۹۰	۹.۷۱	-۰.۰۴	۰.۴۴%	جزئیات
۲۹	Tf	۶.۳۱	۶.۹۱	۹.۸۴	-۰.۷۲	۸.۶۸%	جزئیات
۳۰	TSH	۱.۹۱	۱.۹۴	۷.۳۹	-۰.۱۱	۱.۲۹%	جزئیات
۳۱	Total PSA	۰.۲۲	۰.۲۴	۲۳.۱	-۰.۷۹	۷.۹۵%	جزئیات
۳۲	Ferritin	۲۳	۲۰.۳۲	۲۸.۳	۰.۸۸	۱۳.۱۷%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت پروتئین ادرار

دوره اول سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۱۱۲۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۲۴



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	Urine Protein	۳۲۰	۲۹۸.۵۳	۷.۷	۰.۷۲	۷.۱۹%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول