



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت بیوشیمی



دوره دوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۱۲۱۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۷۴۰

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	Glucose	۲۷۷	۲۷۶.۸۰	۲.۱۶	۰.۰۱	۰.۰۷%	جزئیات
۲	Urea	۱۱۶	۱۱۶.۰۳	۳.۹۶	-۰.۰۱	۰.۰۳%	جزئیات
۳	Uric Acid	۹۰۴	۹.۰۹	۱.۹۱	00R	00R	جزئیات
۴	Creatinine	۴.۱۷	۴.۰۴	۴.۴۱	۰.۳۷	۳.۲۷%	جزئیات
۵	Total Bilirubin	۴.۸۷	۴.۸۳	۳.۴۵	۰.۰۵	۰.۷۹%	جزئیات
۶	Direct Bilirubin	۱.۵۴	۱.۵۸	۱۲.۸۹	-۰.۱۴	۲.۶۵%	جزئیات
۷	Cholestrol	۲۸۴	۲۷۶.۷۷	۲.۸۴	۰.۴۴	۲.۶۱%	جزئیات
۸	Triglyceride	۲۸۲	۲۷۴.۳۶	۲.۱۸	۰.۳۷	۲.۷۹%	جزئیات
۹	HDL	۱۰۸	۱۲۰.۹۶	۶.۵۶	-۰.۸۹	۱۰.۷۲%	جزئیات
۱۰	LDL	۱۵۳	۱۵۴.۷۶	۴.۵۴	-۰.۰۸	۱.۱۴%	جزئیات
۱۱	Albumin	۳.۲۰	۳.۱۸	۳.۸۴	۰.۱۰	۰.۶۳%	جزئیات
۱۲	Protein	۴.۳۸	۴.۵۱	۳.۸۷	-۰.۵۹	۲.۹۵%	جزئیات
۱۳	ALP	۳۲۸	۳۰۸.۱۶	۵.۰۲	۰.۴۲	۶.۴۴%	جزئیات
۱۴	AST	۱۴۴	۱۴۱.۸۲	۲.۲۹	۰.۱۵	۱.۵۴%	جزئیات
۱۵	ALT	۱۳۸	۱۳۷.۲۲	۴.۸۶	۰.۰۶	۰.۵۷%	جزئیات
۱۶	CPK	۴۸۹	۴۸۵.۴۲	۲.۵۵	۰.۰۵	۰.۷۴%	جزئیات
۱۷	LDH	۳۷۰	۳۷۰.۴۲	۳.۹۵	-۰.۰۱	۰.۱۱%	جزئیات
۱۸	Amylase	۲۷۵	۲۶۸.۶۳	۲.۹	۰.۲۱	۲.۳۷%	جزئیات
۱۹	Lipase	۵۷	۶۴.۱۷	۱۲.۵	-۰.۶۲	۱۱.۱۷%	جزئیات
۲۰	GGT	۱۳۲	۱۶۸.۴۷	۸.۶۶	-۱.۹۷	۲۱.۶۵%	جزئیات

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۲۱	Calcium	۱۲.۸	۱۲.۵۲	۲.۲۸	۰.۴۵	۲.۲۳%	جزئیات
۲۲	Phosphorus	۶.۷۴	۷.۰۲	۳.۱۴	-۰.۵۲	۴.۰۴%	جزئیات
۲۳	Iron	۲۲۳	۲۱۰.۶۳	۳.۰۷	۰.۴۹	۵.۸۸%	جزئیات
۲۴	TIBC	۱۹۱	۲۳۴.۰۷	۱۲.۰۶	-۱.۲۳	۱۸.۴%	جزئیات
۲۵	Transferin	۱۴۵	۱۵۰.۰۹	۱۸.۹۲	-۰.۲۳	۳.۳۹%	جزئیات
۲۶	Sodium	۱۵۳.۱	۱۵۲.۸۷	۲.۸۱	۰.۰۸	۰.۱۵%	جزئیات
۲۷	Potassium	۵.۹۰	۵.۷۰	۵.۰۴	۰.۹۹	۳.۴۵%	جزئیات
۲۸	Lithium	۱.۷۸	۲.۰۷	۱۱.۹۵	-۱.۲۷	۱۳.۹۳%	جزئیات
۲۹	Tf	۱۴.۴۶	۱۶.۷۰	۱۰.۲	-۱.۱۲	۱۳.۴۴%	جزئیات
۳۰	TSH	۱.۲۲	۱.۱۹	۱۱.۶۱	۰.۲۲	۲.۶۹%	جزئیات
۳۱	Total PSA	۲۴.۷۶	۲۸.۱۶	۱۰.۹۶	-۱.۲۱	۱۲.۰۷%	جزئیات
۳۲	Ferritin	۲۲.۵	۲۴.۷۶	۱۴.۰۵	-۰.۶۱	۹.۱۲%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت مارکهای قلبی



دوره دوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۱۴۴۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۷۴

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	Troponin I	۸.۸	۸.۷۴	۷	۰.۰۷	۰.۶۷%	جزئیات
۲	CK MB Activity	۱۲۲.۶	۱۱۱.۸۶	۳۸.۵۳	۰.۹۶	۹.۶%	جزئیات
۳	CK	۶۱۲	۶۲۳.۶۳	۴.۷۵	-۰.۱۲	۱.۸۶%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت A1C



دوره دوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۲۳۱

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۲۴

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	HbA1c	۵.۴	۵.۳۶	۱.۷۶	۰.۱۰	۰.۷۷%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت پروتئین ادرار

دوره دوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۱۲۲۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۲۴



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	Urine Protein	۴۱۳	۳۹۶.۲۰	۵.۱۲	۰.۴۲	۴.۲۴%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت پروتئین ادرار



دوره دوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۲۲۲۱

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۲۴۰

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	Urine Protein	۳۰۰	۲۷۶.۹۰	۶.۲۸	۰.۸۳	۸.۳۴%	جزئیات
۲	Urine Microalbumin	۱۹۶	۱۸۶.۹۴	۴.۵۹	۰.۲۴	۴.۸۴%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت غربالگری سندروم داون

دوره دوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۱۲۵۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۷۴۰



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	PAPP-A	۱۲.۲	۸.۵۲	۱۳.۶۹	۲.۸۸	۴۳.۲۱%	جزئیات
۲	Free β hCG	۲۱.۶	۱۹.۳۱	۱۳.۱	۰.۷۹	۱۱.۸۶%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت غربالگری سندروم داون سه ماه دوم

دوره دوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۱۲۵۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۷۴۰



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	AFP	۱۵.۹	۱۵.۳۸	۱۱.۸۱	۰.۲۳	۳.۴%	جزئیات
۲	β hCG	۳۴.۱۵۰	۳۱.۴۶	۱۱.۹	۰.۸۵	۸.۵۴%	جزئیات
۳	Unconjugated Estriol(uE ₃)	۰.۹	۱.۵۶	۲۸.۰۴	-۲.۸۱	۴۲.۲۳%	جزئیات
۴	Inhibin A	۷۲۶	۲۰۸.۹۷	۱۳.۹۹	00R	00R	جزئیات

SDI ≤ ۰.۹۹	۱ ≤ SDI ≤ ۱.۹۹	۲ ≤ SDI ≤ ۲.۹۹	SDI ≥ ۳
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول