



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت HBV



دوره: دوم سال ۱۴۰۱

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۲۴

شماره نمونه	تفسیر آزمایشگاه	تفسیر مورد انتظار	نتیجه آزمایشگاه	SDI
۱۴۰۱۴۲۸۰	Positive	Positive	۳۱۰	۱.۱۷
۱۴۰۱۴۲۸۱	Positive	Positive	۷۵۴۳	۰.۵۹
۱۴۰۱۴۲۸۲	Positive	Positive	۱۹۴۳	۱.۵۱
۱۴۰۱۴۲۸۳	Negative	Negative		
۱۴۰۱۴۲۸۴	Negative	Negative		

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت TB

دوره: دوم سال ۱۴۰۱

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۲۴



شماره نمونه	نتیجه مورد آزمایشگاه	نتیجه مورد انتظار	(میزان عفونت) (آزمایشگاه)	(میزان عفونت) (مورد انتظار)
۱۴۰۱۴۲۹۰	Negative	Negative	—	—
۱۴۰۱۴۲۹۱	Positive	Positive	Medium	Low
۱۴۰۱۴۲۹۲	Positive	Positive	Medium	Low
۱۴۰۱۴۲۹۳	Positive	Positive	Medium	Low
۱۴۰۱۴۲۹۴	Negative	Negative	—	—