



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت Torch



دوره دوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۳۴۳۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۲۴

ردیف	آزمایش	نتیجه	واحد	نتیجه نهایی	سازنده کیت	روش آزمایش	نتیجه مورد انتظار
۱	Toxoplasma IgG	۸.۵		Suspicious	Diasorin	CL	Positive
۲	(Rubella (IgG	۹۱.۵		Positive	Pishtaz teb	Elisa	Positive
۳	(CMV (IgG	۷۴.۱		Positive	Diasorin	CL	Positive
۴	(HSV (IgG	۸.۳		Positive	Diasorin	CL	Positive

توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Test	Result	CL	ECL	ELFA	ELISA	Others
Toxoplasma IgG	Positive	۳۵	۱۹	۷	۸۰	۳
	Negative	۱۵	۱	۲	۴	۱
	Suspicious	۱۵	۱	۹	۳	۱
(Rubella (IgG	Positive	۶۴	۱۹	۱۴	۱۰۲	۲
	Positive	۵۹	۲۱	۱۸	۸۱	۴
	Negative	۱			۱	
(CMV (IgG	Suspicious	۱				
	Positive	۲۴	۲	۲	۵۹	۵
	Negative	۱	۱		۶	



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت Wright

دوره دوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۳۲۱۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۲۴



ردیف	آزمایش	نتیجه	سازنده کیت	نتیجه مورد انتظار
۱	رایت روش سریع (اسلایدی)	Positive	پاستور	Positive
۲	رایت لوله ای	۱/۶۴۰	پاستور	۱/۶۴۰ - ۱/۲۵۶۰
۳	کومبس رایت	۱/۲۵۶۰	بهار افشان	۱/۶۴۰ - ۱/۲۵۶۰
۴	۲ME	۱/۳۲۰	پاستور	۱/۳۲۰ - ۱/۱۲۸۰

