



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت بیوشیمی



دوره اول سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۱۱۱۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۷۴۰

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	Glucose	۲۷۳	۲۸۰.۳۳	۲.۴۸	-۰.۴۴	۲.۶۱%	جزئیات
۲	Urea	۱۱۶	۱۱۸.۲۴	۳.۵۸	-۰.۳۳	۱.۹%	جزئیات
۳	Uric Acid	۹.۱	۹.۳۴	۳.۹۵	-۰.۳۴	۲.۶۱%	جزئیات
۴	Creatinine	۴.۱۷	۴.۲۸	۴.۷۲	-۰.۲۹	۲.۶۲%	جزئیات
۵	Total Bilirubin	۴.۸۶	۴.۶۲	۴.۱۴	۰.۳۴	۵.۱۵%	جزئیات
۶	Cholestrol	۲۸۶	۲۸۹.۱۹	۲.۵۳	-۰.۱۸	۱.۱%	جزئیات
۷	LDL	۱۴۲	۱۴۹.۰۰	۴.۳۹	-۰.۳۱	۴.۷%	جزئیات
۸	Albumin	۳.۳	۳.۱۳	۳.۹۱	۰.۹۱	۵.۴۷%	جزئیات
۹	ALP	۳۰۸	۴۶۶.۵۷	۹.۲۵	-۲.۱۹	۳۳.۹۹%	جزئیات
۱۰	ALT	۱۲۷	۱۲۹.۵۷	۳.۳۳	-۰.۲۰	۱.۹۸%	جزئیات
۱۱	CPK	۴۸۲	۴۸۹.۷۶	۳.۹۶	-۰.۱۱	۱.۵۸%	جزئیات
۱۲	LDH	۳۷۱	۳۷۲.۴۱	۲.۸	-۰.۰۵	۰.۳۸%	جزئیات
۱۳	Amylase	۲۶۸	۲۶۹.۳۸	۵.۷۶	-۰.۰۴	۰.۵۱%	جزئیات
۱۴	GGT	۱۶۶	۱۷۲.۹۵	۹.۵۶	-۰.۳۷	۴.۰۲%	جزئیات
۱۵	Calcium	۱۲.۸۵	۱۲.۷۰	۱.۹۸	۰.۲۴	۱.۲۲%	جزئیات
۱۶	Phosphorus	۶.۸	۶.۹۸	۲.۵۵	-۰.۳۳	۲.۵۹%	جزئیات
۱۷	TIBC	۲۱۷	۲۶۲.۸۷	۱۳.۹۵	-۱.۱۶	۱۷.۴۵%	جزئیات
۱۸	Transferin	۱۷۱	۱۸۵.۱۹	۴.۸۵	-۰.۵۱	۷.۶۶%	جزئیات
۱۹	Sodium	۱۵۵	۱۵۳.۰۴	۲.۸۹	۰.۶۴	۱.۲۸%	جزئیات
۲۰	Potassium	۵.۹۳	۵.۸۳	۵.۰۴	۰.۵۰	۱.۷۷%	جزئیات

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۲۱	Lithium	۲.۰۷	۱.۹۱	۷.۵۳	۰.۷۹	۸.۶۶%	جزئیات
۲۲	Tf	۱۸	۱۸.۵۰	۱۰.۵۶	-۰.۲۳	۲.۷%	جزئیات
۲۳	Total PSA	۱۶.۴	۱۴.۰۳	۱۳.۶۹	۱.۶۹	۱۶.۹%	جزئیات
۲۴	Ferritin	۲۳	۲۳.۵۱	۸.۳۹	-۰.۱۵	۲.۱۸%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت پروتئین ادرار

دوره اول سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۱۱۲۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۲۴۰



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	Urine Protein	۳۱۰	۳۱۶.۷۲	۱۳.۴۴	-۰.۲۱	۲.۱۲%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول