



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت TORCH



دوره دوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۳۴۳۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۲۴

ردیف	آزمایش	نتیجه	واحد	نتیجه نهایی	سازنده کیت	روش آزمایش	نتیجه مورد انتظار
۲	Rubella (IgG)	۱۲۰	IU/mL	Positive	Diasorin	CL	Positive
۳	CMV (IgG)	۱۱۲	AU/mL	Positive	Abbott	CL	Positive
	HSV (IgG)	۱۷.۶	ratio	Positive	Diasorin	CL	Positive

توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Test	Result	CL	ECL	ELFA	ELISA	Others
Rubella (IgG)	Positive	۶۵	۲۵	۱۵	۸۵	۴
	Negative	۱			۱	
	Suspicious	۱				
CMV (IgG)	Positive	۷۱	۲۲	۲۰	۶۱	۳
	Negative	۲			۴	۱
HSV (IgG)	Positive	۲۵	۲	۲	۷۱	۵
	Negative				۴	