



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی



دوره دوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۳۲۲۱

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۲۴

نتیجه مورد انتظار	سازنده کیت	روش	Sample/cutoff	نتیجه نهایی	پارامتر
Negative	Roche	ECL	۰.۱۲۴	Negative	HBs Ag
Negative	Roche	ECL	۰.۰۴۸	Negative	HCV Ab
Positive	Roche	ECL	۲۷.۵۲	Positive	HIV Ab

توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Others	ELISA	ELFA	ECL	CL	Result	Test
۲۲	۱۱۰۹	۱۱۱	۱۴۵	۱۷۱	Negative	HBs Ag
۲	۵۰		۳	۳	Positive	
	۱				Suspicious	
۲۲	۱۱۹۵	۹۵	۱۵۲	۸۹	Negative	HCV Ab
	۵	۱	۱		Positive	
۱					Suspicious	
۶	۹	۵	۱		Negative	HIV Ab
۱۷	۱۱۵۸	۱۴۸	۱۵۲	۱۰۵	Positive	
۱	۲				Suspicious	



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت Wright

دوره دوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۳۲۱۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۲۴



ردیف	آزمایش	نتیجه	سازنده کیت	نتیجه مورد انتظار
۱	رایت روش سریع (اسلایدی)	Positive	پاستور	Positive
۲	رایت لوله ای	۱/۶۴۰	پاستور	۱/۳۲۰ - ۱/۱۲۸۰
۳	کومبس رایت	۱/۶۴۰	بهار افشان	۱/۶۴۰ - ۱/۲۵۶۰
۴	۲ME	۱/۳۲۰	پاستور	۱/۳۲۰ - ۱/۱۲۸۰

