



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت بیوشیمی



دوره سوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۱۳۱۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۷۴۰

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	Glucose	۱۰۶	۱۰۶.۷۴	۱.۶۴	-۰.۱۲	۰.۷%	جزئیات
۲	Urea	۴۳	۴۳.۴۶	۴.۳۲	-۰.۱۸	۱.۰۵%	جزئیات
۳	Uric Acid	۶.۴	۵.۸۴	۵.۸۸	۱.۲۴	۹.۵۳%	جزئیات
۴	Creatinine	۱.۴۲	۱.۳۶	۵.۳۴	۰.۴۹	۴.۳۴%	جزئیات
۵	Total Bilirubin	۱.۶۹	۱.۷۲	۵.۲۶	-۰.۱۲	۱.۸۶%	جزئیات
۶	Direct Bilirubin	۱.۳۲	۱.۲۶	۶.۹۴	۰.۲۴	۴.۶۸%	جزئیات
۷	Cholestrol	۱۶۱	۱۵۸.۲۵	۲.۹	۰.۲۹	۱.۷۴%	جزئیات
۸	Triglyceride	۹۴	۸۸.۴۴	۳.۴۷	۰.۸۳	۶.۲۹%	جزئیات
۹	HDL	۵۲	۵۲.۶۷	۳.۰۷	-۰.۱۱	۱.۲۷%	جزئیات
۱۰	LDL	۷۳	۷۵.۶۰	۵.۷۹	-۰.۲۳	۳.۴۴%	جزئیات
۱۱	Albumin	۴.۳	۴.۲۹	۱.۶	۰.۰۴	۰.۲۳%	جزئیات
۱۲	Protein	۵.۷	۵.۸۲	۳.۰۴	-۰.۴۱	۲.۰۶%	جزئیات
۱۳	ALP	۱۸۰	۱۸۹.۱۳	۵.۷۲	-۰.۳۱	۴.۸۳%	جزئیات
۱۴	AST	۳۱	۳۲.۲۵	۴.۵	-۰.۳۹	۳.۸۹%	جزئیات
۱۵	ALT	۳۶	۳۷.۴۷	۴.۵۵	-۰.۳۹	۳.۹۳%	جزئیات
۱۶	CPK	۱۹۲	۱۹۶.۸۵	۴.۶	-۰.۱۶	۲.۴۷%	جزئیات
۱۷	LDH	۲۰۲	۲۰۳.۱۵	۳.۶۳	-۰.۰۷	۰.۵۷%	جزئیات
۱۸	Amylase	۸۳	۸۴.۷۶	۲.۷۱	-۰.۱۸	۲.۰۷%	جزئیات
۱۹	Lipase	۳۲	۳۳.۲۹	۲۶.۱۲	-۰.۲۲	۳.۸۸%	جزئیات
۲۰	GGT	۴۹	۵۱.۶۴	۸.۱	-۰.۴۶	۵.۱۱%	جزئیات

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۲۱	Calcium	۸.۶۹	۸.۷۴	۱.۶۲	-۰.۱۲	۰.۶۱%	جزئیات
۲۲	Phosphorus	۴.۳۵	۴.۶۲	۳.۴۶	-۰.۷۶	۵.۹۱%	جزئیات
۲۳	Iron	۱۰۱	۱۰۳.۵۰	۳.۲۲	-۰.۲۰	۲.۴۲%	جزئیات
۲۴	TIBC	۲۳۶	۲۴۷.۰۵	۱۱.۰۴	-۰.۳۰	۴.۴۷%	جزئیات
۲۵	Transferin	۱۸۲	۱۹۵.۰۴	۴.۲۸	-۰.۴۵	۶.۶۹%	جزئیات
۲۶	Sodium	۱۳۹	۱۳۸.۹۹	۲.۱۹	۰.۰۰	۰.۰۱%	جزئیات
۲۷	Potassium	۳.۹	۳.۹۷	۳.۷۱	-۰.۴۸	۱.۶۹%	جزئیات
۲۸	Lithium	۰.۹۷	۰.۹۴	۶.۲۹	۰.۳۲	۳.۵۲%	جزئیات
۲۹	Tf	۷.۳۶	۷.۶۸	۷.۰۵	-۰.۳۵	۴.۲%	جزئیات
۳۰	TSH	۱.۵۸	۱.۶۱	۵.۶۵	-۰.۱۸	۲.۱۷%	جزئیات
۳۱	Total PSA	۱۲.۵	۱۰.۰۶	۸.۶۱	۲.۴۳	۲۴.۲۷%	جزئیات
۳۲	Ferritin	۲۱.۰	۲۲.۱۴	۲۳.۹۲	-۰.۳۴	۵.۱۳%	جزئیات

SDI ≤ ۰.۹۹	۱ ≤ SDI ≤ ۱.۹۹	۲ ≤ SDI ≤ ۲.۹۹	SDI ≥ ۳
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت A1C



دوره سوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۱۳۳۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۲۴

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	HbA1c	۶.۱	۶.۰۳	۳.۴۴	۰.۱۵	۱.۱۹%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول



دوره سوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۱۳۲۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۲۴



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت پروتئین ادرار

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	Urine Protein	۲۶۱	۲۵۲.۰۷	۵.۵۶	۰.۳۵	۳.۵۴%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت غربالگری سندروم داون

دوره سوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۱۳۵۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۲۴



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	PAPP-A	۱۵.۹	۱۶.۲۰	۱۴.۹۸	-۰.۱۲	۱.۸۳%	جزئیات
۲	Free β hCG	۱۳۰	۱۱۲.۹۴	۱۲.۳۱	۱.۰۱	۱۵.۱۱%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول