



11016-945

تاریخ: 1399/3/6

نام آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور

دوره: عمومی 3-98

شماره نمونه: 2.740 983321

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

استان: تهران

آزمایش	نتیجه آزمایشگاه	Sample/Cutoff	روش	سازنده کیت	نتیجه مورد انتظار
HBs Ag	Positive		CL	Diasorin	Positive
HCV Ab					N.A
HIV Ab	Positive		ECL		Positive

جدول توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها برحسب روش مورد استفاده

Test						
	CL	ECL	ELFA	ELISA	Other	Result
HIV Ab	0	0	0	5	0	Suspicious
	71	84	193	917	6	Positive
	0	1	1	25	0	Negative
HCV Ab	0	3	1	15	0	Positive
	5	2	9	37	0	Negative
	0	0	0	0	0	N.A
	0	0	0	3	0	Suspicious
HBs Ag	0	0	0	7	0	Suspicious
	129	87	190	888	6	Positive
	0	0	1	33	1	Negative



11016-945

تاریخ: 1399/3/6

نام آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور

دوره: عمومی 3-98

شماره نمونه: 2.740 983320

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

استان: تهران

آزمایش	نتیجه آزمایشگاه	Sample/Cutoff	روش	سازنده کیت	نتیجه مورد انتظار
HBs Ag	Positive		CL	Diasorin	Positive
HCV Ab					N.A
HIV Ab	Positive		ECL		Positive

جدول توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها برحسب روش مورد استفاده

Test						
	CL	ECL	ELFA	ELISA	Other	Result
HIV Ab	0	0	0	3	0	Suspicious
	69	84	196	936	5	Positive
	0	0	1	17	0	Negative
HCV Ab	0	3	0	23	0	Positive
	5	2	10	35	0	Negative
	0	0	0	0	0	N.A
	0	0	0	1	0	Suspicious
HBs Ag	2	0	0	12	0	Suspicious
	123	92	194	859	5	Positive
	1	0	1	58	1	Negative



11016-945

تاریخ: 1399/3/6

نام آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور

دوره: عمومی 3-98

شماره نمونه: 2.740 983322

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

استان: تهران

آزمایش	نتیجه آزمایشگاه	Sample/Cutoff	روش	سازنده کیت	نتیجه مورد انتظار
HBs Ag	Positive		CL	Diasorin	Positive
HCV Ab	Negative		ECL		Negative
HIV Ab	Negative		ECL		Negative

جدول توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها برحسب روش مورد استفاده

Test						Result
	CL	ECL	ELFA	ELISA	Other	
HIV Ab	0	0	0	2	0	Suspicious
	1	1	4	13	0	Positive
	75	87	193	950	7	Negative
HCV Ab	0	1	0	0	0	Suspicious
	1	1	1	7	0	Positive
	67	77	191	913	4	Negative
HBs Ag	0	0	0	7	0	Suspicious
	1	0	0	11	0	Negative
	132	88	197	921	5	Positive