



پا



برگه ارزیابی خارجی کیفیت سرویزی



11016-945 1399/9/26

نام آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور

دوره: عمومی 2-99

شماره نمونه: 2.740 993220

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

استان: تهران

نتیجه مورد انتظار	سازنده کیت	روش	Sample/Cutoff	نتیجه آزمایشگاه	آزمایش
Negative	Diasorin	CL		Negative	HBs Ag
Negative	Roche	ECL		Negative	HCV Ab
Positive	Roche	ECL		Positive	HIV Ab

جدول توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Test						Result
	CL	ECL	ELFA	ELISA	Other	
HIV Ab	0	0	0	1	0	N.A
	0	0	1	9	0	Suspicious
	79	112	200	957	16	Positive
	0	0	1	21	0	Negative
	1	1	1	11	0	Positive
HCV Ab	78	107	208	956	22	Negative
	0	0	0	1	0	N.A
	0	0	0	1	0	Suspicious
	135	115	195	925	21	Negative
HBs Ag	0	1	0	1	0	N.A
	0	1	0	28	0	Positive
	0	0	0	5	0	Suspicious
	135	115	195	925	21	Negative



برگه ارزیابی خارجی کیفیت سروولوژی



تاریخ: 1399/9/27

نام آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور

دوره: عمومی 2-99



شماره نمونه: 2.740 993221

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

استان: تهران

نتیجه مورد انتظار	سازنده کیت	روش	Sample/Cutoff	نتیجه آزمایشگاه	آزمایش
Negative	Diasorin	CL		Negative	HBs Ag
Positive	Roche	ECL		Positive	HCV Ab
Positive	Roche	ECL		Positive	HIV Ab

جدول توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Test						
HIV Ab	CL	ECL	ELFA	ELISA	Other	Result
	0	0	0	1	0	Suspicious
	77	107	207	975	16	Positive
	0	0	1	5	0	Negative
HCV Ab	CL	ECL	ELFA	ELISA	Other	Result
	3	2	4	83	2	Negative
	1	0	0	17	1	Suspicious
	75	102	214	841	16	Positive
HBs Ag	CL	ECL	ELFA	ELISA	Other	Result
	0	0	0	1	0	N.A
	0	0	0	9	0	Suspicious
	1	0	0	19	0	Positive
						130 115 197 921 22 Negative