



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت TB



دوره: سوم سال ۱۴۰۱

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۲۴

شماره نمونه	نتیجه مورد آزمایشگاه	نتیجه مورد انتظار	میزان عفونت (آزمایشگاه)	میزان عفونت (مورد انتظار)
۱۴۰۱۴۳۹۰	Positive	Positive	Very Low	Very Low
۱۴۰۱۴۳۹۱	Negative	Negative	—	—
۱۴۰۱۴۳۹۲	Positive	Positive	Low	Low
۱۴۰۱۴۳۹۳	Negative	Negative	—	—
۱۴۰۱۴۳۹۴	Positive	Positive	Low	Very Low



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت TORCH



دوره سوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۳۵۳۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۲۴۰

ردیف	آزمایش	نتیجه	واحد	نتیجه نهایی	سازنده کیت	روش آزمایش	نتیجه مورد انتظار
۱	Toxoplasma IgG	۱۱.۵	UI/mL	Positive	Diasorin	CL	Positive
۲	Rubella (IgG)	۳۳.۶	IU/mL	Positive	Abbott	CL	Positive
۳	CMV (IgG)	۱۱۳	U/mL	Positive	Diasorin	CL	Positive
۴	HSV (IgG)	۱۶	ratio	Positive	Diasorin	CL	Positive

توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Test	Result	CL	ECL	ELFA	ELISA	Others
Toxoplasma IgG	Positive	۵۴	۱۱	۱۴	۶۲	۱
	Negative	۴		۱	۴	۱
	Suspicious	۵		۵	۳	
Rubella (IgG)	Positive	۵۹	۱۴	۱۸	۷۴	۲
CMV (IgG)	Positive	۵۸	۱۹	۱۸	۵۸	۱
	Suspicious			۱		
HSV (IgG)	Positive	۱۹	۲	۲	۵۸	۲
	Negative	۱			۲	



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی



دوره سوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۳۳۲۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۲۴۰

نتیجه مورد انتظار	سازنده کیت	روش	Sample/cutoff	نتیجه نهایی	پارامتر
Positive	Roche	ECL	۸.۷	Positive	HBs Ag
Negative	Roche	ECL	۰.۰۳	Negative	HCV Ab
Positive	Roche	ECL	۱۹۳.۹	Positive	HIV Ab

توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Others	ELISA	ELFA	ECL	CL	Result	Test
۷	۶۲	۵	۱	۴	Negative	HBs Ag
۱۴	۱۰۲۳	۱۷۶	۱۲۴	۱۵۱	Positive	
	۴				Suspicious	
۲۴	۱۰۷۹	۱۸۵	۱۴۱	۸۸	Negative	HCV Ab
	۱۲	۱	۱	۱	Positive	
	۲				Suspicious	
۱	۱۴	۱	۱	۲	Negative	HIV Ab
۲۳	۱۰۹۴	۱۸۰	۱۳۴	۱۰۴	Positive	



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت HBV



دوره: سوم سال ۱۴۰۱

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۲۴

شماره نمونه	تفسیر آزمایشگاه	تفسیر مورد انتظار
۱۴۰۱۴۳۸۰	Positive	Positive
۱۴۰۱۴۳۸۱	Negative	Negative
۱۴۰۱۴۳۸۲	Positive	Positive
۱۴۰۱۴۳۸۳	Negative	Negative
۱۴۰۱۴۳۸۴	Positive	Positive

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول