

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت
۱

عنوان آزمایش : OH 1V
Progesterone

شروع کنترل :
۱۴۰۰/۰۱/۲۳:

سری ساخت : A5404

عنوان دستگاه : الیزابدر

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۱۳.۸	۰.۰۴۷	۰.۳۳۹	۰.۳۷۶	۰.۴۳۳	۰.۴۷	۰.۵۱۷	۰.۵۶۴	۰.۶۱۱

مقدار	تاریخ
۰.۴۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۰.۴۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۲

مقدار	تاریخ
۰.۴۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۰.۴۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۰.۴۵	۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۰.۵۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۰.۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۰.۴۶	۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۰.۴۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۰.۴۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۶

CV%: 5.183	SD: 0.025	Mean: 0.473
------------	-----------	-------------

