

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت
I

شروع کنترل :
۱۴۰۰/۰۶/۰۱:

سری ساخت : ۱۰۳۳۱۱

OH ۱۷
Progesterone
الایزایدر

عنوان آزمایش :
عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۸.۳۳۸	۰.۱۰۶	۰.۹۵۳	۱.۰۵۹	۱.۱۶۵	۱.۳۷۱	۱.۳۷۷	۱.۴۸۳	۱.۵۸۹

مقدار	تاریخ
۱.۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۱.۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۱.۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
۱.۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۷
۱.۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۱.۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۱.۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۴
۱.۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۱.۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۱.۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۱.۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۰

مقدار	تاریخ
۱.۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۳
۱.۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۱.۳۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۱.۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۱.۳۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۱.۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۲

CV%: 6.522	SD: 0.086	Mean: 1.315
------------	-----------	-------------

