

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت
۱

شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۱/۲۳:

سری ساخت : A5404

OH 17
Progesterone

الایزایدر

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۵.۶۲۸	۰.۰۲۷	۰.۳۹۲	۰.۴۱۹	۰.۴۴۶	۰.۴۷۳	۰.۵	۰.۵۲۷	۰.۵۵۴

مقدار	تاریخ
۰.۴۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۰.۴۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۰.۴۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۰.۵۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۰.۴۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۹
۰.۴۸	۱۴۰۰/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۰.۵۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۰.۴۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۰.۴۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۰.۴۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۰.۵۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۰.۴۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۰.۴۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۰.۴۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۰.۴۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۰.۴۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۰.۴۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۰.۵۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۰.۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۰.۴۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۸

CV%: 5.515	SD: 0.026	Mean: 0.478
------------	-----------	-------------

