

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : 17 OH Progesterone
عنوان دستگاه : الایزایدر

A سری ساخت : ۰۴۰۴

عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

کنترل داخل کیت ۱

| 3SD | 2SD | 1SD | MEAN | -1SD | -2SD | -3SD | SD | CV% |
|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0.557 | 0.53 | 0.503 | 0.476 | 0.449 | 0.422 | 0.395 | 0.027 | 5.616 |

| تاریخ | مقدار |
|------------|-------|
| 22/03/1400 | 0.49 |
| 23/03/1400 | 0.47 |
| 25/03/1400 | 0.45 |
| 26/03/1400 | 0.46 |
| 27/03/1400 | 0.47 |
| 29/03/1400 | 0.5 |

| تاریخ | مقدار |
|------------|-------|
| 09/03/1400 | 0.5 |
| 10/03/1400 | 0.49 |
| 12/03/1400 | 0.45 |
| 13/03/1400 | 0.49 |
| 17/03/1400 | 0.55 |
| 18/03/1400 | 0.47 |
| 19/03/1400 | 0.48 |
| 20/03/1400 | 0.44 |

| تاریخ | مقدار |
|------------|-------|
| 04/03/1400 | 0.49 |
| 04/03/1400 | 0.52 |
| 04/03/1400 | 0.42 |
| 04/03/1400 | 0.45 |
| 05/03/1400 | 0.46 |
| 05/03/1400 | 0.49 |
| 06/03/1400 | 0.47 |
| 08/03/1400 | 0.48 |

| | | |
|-------------|-----------|-----------|
| Mean: 0.477 | SD: 0.028 | CV%: 5.91 |
|-------------|-----------|-----------|

