

عنوان آزمایش : 17 OH Progesterone  
عنوان دستگاه : الیزا ریدر

سری ساخت : 103311

عنوان کنترل : I کنترل داخل کیت  
شروع کنترل : 1400/04/01

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
1.68	1.55	1.42	1.29	1.16	1.03	0.9	0.13	11.1

تاریخ	مقدار
19/04/1400	1.42
21/04/1400	1.41
22/04/1400	1.29
28/04/1400	1.26

تاریخ	مقدار
13/04/1400	1.5
14/04/1400	1.37
15/04/1400	1.31
16/04/1400	1.6
17/04/1400	1.39

تاریخ	مقدار
07/04/1400	1.21
08/04/1400	1.32
09/04/1400	1.4
10/04/1400	1.22
12/04/1400	1.38

Mean: 1.363	SD: 0.106	CV%: 7.81
-------------	-----------	-----------

