

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت
I
شروع کنترل :
۱۴۰۰/۰۶/۰۱:

سری ساخت : ۱۰۳۳۱۱/

عنوان آزمایش : OH ۱۷
Progesterone
عنوان دستگاه : الیزاریدر

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۰.۰۶	۰.۱۳	۰.۹	۱.۰۳	۱.۱۶	۱.۳۹	۱.۴۳	۱.۵۵	۱.۶۸

مقدار	تاریخ
۱.۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۱.۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۸

مقدار	تاریخ
۱.۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۱
۱.۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۵

CV%: 8.83	SD: 0.126	Mean: 1.425
-----------	-----------	-------------

