

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت  
I

شروع کنترل  
۱۴۰۰/۰۶/۰۱:

سری ساخت : ۱۰۳۳۱۱/

OH ۱۷  
Progesterone

الایزایدر

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۱۰.۳۳۴	۰.۱۳۵	۰.۹۰۱	۱.۰۳۶	۱.۱۷۱	۱.۳۰۶	۱.۴۴۱	۱.۵۷۶	۱.۷۱۱

مقدار	تاریخ
۱.۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۱.۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۶
۱.۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۱.۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۹
۱.۲	۱۴۰۰/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۱.۳۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۱.۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۱.۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۱.۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۱.۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۹
۱.۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۱.۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۱.۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۳

مقدار	تاریخ
۱.۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۱.۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۶
۱.۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۱.۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۱.۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۰
۱.۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۱.۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۳

CV%: 10.5	SD: 0.138	Mean: 1.312
-----------	-----------	-------------



22