

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت
I

شروع کنترل :
۱۴۰۰/۰۶/۰۱:

سری ساخت : ۱۰۳۳۱۱

OH ۱۷
Progesterone

الایزایدر

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۵۴۵	۰.۰۸۷	۱.۰۶۶	۱.۱۵۳	۱.۳۴	۱.۳۳۷	۱.۴۱۴	۱.۵۰۱	۱.۵۸۸

مقدار	تاریخ
۱.۳۵	۱۴۰۱/۰۱/۳۷
۱.۳	۱۴۰۱/۰۱/۳۸
۱.۲	۱۴۰۱/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۱.۴	۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۱.۳	۱۴۰۱/۰۱/۳۳
۱.۳	۱۴۰۱/۰۱/۳۳
۱.۵	۱۴۰۱/۰۱/۳۴
۱.۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۵

مقدار	تاریخ
۱.۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۴
۱.۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۱.۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۱.۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۷
۱.۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۸

CV%: 7.789	SD: 0.101	Mean: 1.296
------------	-----------	-------------

