

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت ۱  
شروع کنترل  
۱۴۰۱/۰۷/۲۳:

عنوان آزمایش : OH Progesterone ۱۷  
الیزاید  
عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۱۲۲

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۲۱.۵۹۱	۰.۱۵۱	۰.۲۳۷	۰.۳۹۸	۰.۵۴۹	۰.۷	۰.۸۵۱	۱.۰۰۲	۱.۱۵۲

مقدار	تاریخ
۰.۴۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۰.۴۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۰.۴۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۰.۷۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۱.۰۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۰.۷۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۰.۵۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۰.۴۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۳
۰.۷۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۰.۴۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۰.۶۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۸

مقدار	تاریخ
۰.۵۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۰.۸۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۰.۴۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۰.۶۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۰.۳۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۰.۴۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۰.۴۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۹

CV%: 30.17	SD: 0.176	Mean: 0.584
------------	-----------	-------------

