

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت  
۲

شروع کنترل  
۱۴۰۰/۰۴/۲۷:

سری ساخت : ۸۵۵۰۸

OH ۱۷  
Progesterone

الایزایدر

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sub>۲-</sub>	SD <sub>۳-</sub>	SD <sub>۱-</sub>	MEAN	SD <sub>۱</sub>	SD <sub>۲</sub>	SD <sub>۳</sub>
۹.۶۶۹	۰.۴۰۵	۲.۹۷۲	۳.۳۷۷	۳.۷۸۲	۴.۱۸۷	۴.۵۹۲	۴.۹۹۷	۵.۴۰۲

مقدار	تاریخ
۴	۱۴۰۱/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۴.۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۹

مقدار	تاریخ
۳.۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۴.۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۶

CV%: 9.982	SD: 0.404	Mean: 4.043
------------	-----------	-------------

