

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت ۲
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۷/۲۳:

عنوان آزمایش : OH Progesterone ۱۷
الایزایدر
سری ساخت : ۱۲۲

%CV	SD	SD _۲ -	SD _۲ -	SD _۱ -	MEAN	SD _۱	SD _۲	SD _۲
۱۳.۸	۰.۵۴۳	۲.۸۹۱	۳.۴۳۴	۳.۹۷۷	۴.۵۲	۵.۰۶۳	۵.۶۰۶	۶.۱۴۹

مقدار	تاریخ
۴.۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
۴.۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۵.۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۸
۴.۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۵.۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۵.۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۴.۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۳

مقدار	تاریخ
۵.۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۴.۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۴.۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۰
۴.۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۴.۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۴.۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۵.۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۵

مقدار	تاریخ
۴.۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۴
۵.۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۵.۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۴.۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۵.۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۲
۳.۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۴.۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
۴.۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۵

CV%: 11.566	SD: 0.553	Mean: 4.778
-------------	-----------	-------------

