

عنوان آزمایش : OH Progesterone ۱۷
عنوان دستگاه : الیزاریدر
سری ساخت : ۱۲۴
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
کنترل داخل کیت ۲

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۵۶۶	۰,۳۸۳	۳,۹۱۸	۴,۳۰۱	۴,۶۸۴	۵,۰۶۷	۵,۴۵	۵,۸۳۳	۶,۲۱۶

مقدار	تاریخ
۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۵,۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۸

مقدار	تاریخ
۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۵,۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۴,۹۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۲
۵,۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۴,۹۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۵

مقدار	تاریخ
۵,۶۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۵,۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۵,۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۵,۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴
۴,۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۵,۴۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۸

CV%: 4.477	SD: 0.232	Mean: 5.177
------------	-----------	-------------

