

عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۴۰۲/۰۱/۲۹:

عنوان آزمایش : OH Progesterone ۱۷  
عنوان دستگاه : الیزا ریدر  
سری ساخت : T27L2A3

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۷.۱	۰.۱۲۵	۰.۲۵	۰.۳۷۵	۰.۵	۰.۶۲۵	۰.۷۵	۰.۸۷۵	۱

مقدار	تاریخ
۰.۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۹

مقدار	تاریخ
۰.۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۵
۰.۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۰.۵۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۷

مقدار	تاریخ
۰.۶	۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۰.۷	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۰.۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۴

CV%: 10.252	SD: 0.065	Mean: 0.634
-------------	-----------	-------------

