

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت
I

شروع کنترل
۱۴۰۲/۰۴/۱۱:

سری ساخت : ۱۰۴۲۹۵ /

OH ۱۷
Progesterone
IDS

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۳.۸۱۹	۰.۱۹۹	۰.۸۴۶	۱.۰۴۵	۱.۳۴۴	۱.۴۴۳	۱.۶۴۳	۱.۸۴۱	۲.۰۴

مقدار	تاریخ
۱.۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۷
۱.۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۱.۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۱.۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۱.۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۱.۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۸

مقدار	تاریخ
۱.۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۱.۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۱.۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۱.۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۲
۱.۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۱.۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۵
۱.۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۶

مقدار	تاریخ
۱.۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۱.۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۱.۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۱.۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۱.۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۱.۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۱.۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۹

CV%: 15.087	SD: 0.214	Mean: 1.42
-------------	-----------	------------

