

عنوان آزمایش : OH Progesterone ۱۷
عنوان دستگاه : الیزاریدر
سری ساخت : ۱۲۴
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
کنترل داخل کیت ۱ : شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۷,۹۷۸	۰,۱۲۸	۰,۳۲۵	۰,۴۵۳	۰,۵۸۱	۰,۷۰۹	۰,۸۳۷	۰,۹۶۵	۱,۰۹۳

مقدار	تاریخ
۰,۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۰,۵۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۰,۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۰,۹۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۰

مقدار	تاریخ
۰,۹۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۰,۸۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۰,۷۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۰,۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۰,۸۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۴

مقدار	تاریخ
۰,۵۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۰,۵۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۰,۹۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۰,۶۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۰,۷۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۸

CV%: 19.525	SD: 0.144	Mean: 0.737
-------------	-----------	-------------

