

عنوان آزمایش : OH Progesterone ۱۷  
عنوان دستگاه : IDS  
سرری ساخت : ۱۰۴۴۹۸  
عنوان کنترل : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۲/۰۸  
کنترل داخل کیت I

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۸,۲۴۳	۰,۰۹۳	۰,۸۴۴	۰,۹۳۷	۱,۰۳	۱,۱۲۳	۱,۲۱۶	۱,۳۰۹	۱,۴۰۲

مقدار	تاریخ
۱,۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۱,۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۱,۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۱,۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۱,۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۱,۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۱,۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۹

CV%: 10.696	SD: 0.124	Mean: 1.156
-------------	-----------	-------------

