

high - anshlabs : عنوان کنترل

Anti Mullerian hormone : عنوان آزمایش

شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۵/۱۱:

سری ساخت : ۰۲۳۴۲۰

الیزاید : عنوان دستگاه

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۷.۰۷۷	۰.۲۷۸	۲.۰۹۶	۲.۳۷۴	۲.۶۵۲	۲.۹۳	۴.۲۰۸	۴.۴۸۶	۴.۷۶۴

مقدار	تاریخ
۴.۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۲.۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۲.۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۷

مقدار	تاریخ
۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۲.۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۴.۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۲.۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۸
۴.۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۴.۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۴.۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۲
۴.۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۵
۲.۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۲.۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۷

CV%: 7.885	SD: 0.32	Mean: 4.062
------------	----------	-------------

