

عنوان کنترل : high - anshlabs
شروع کنترل :
۱۳۹۹/۰۵/۱۱:

سری ساخت : ۰۲۲۴۲۰

عنوان آزمایش : Anti Mullerian hormone
عنوان دستگاه : الیزایدر

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۹.۰۰۱	۰.۳۷۱	۲.۰۰۴	۲.۳۷۵	۲.۷۴۶	۴.۱۱۷	۴.۴۸۸	۴.۸۵۹	۵.۲۳

مقدار	تاریخ
۴.۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۲.۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۶

مقدار	تاریخ
۴.۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۴.۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۷
۴.۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۹

مقدار	تاریخ
۲.۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۲
۴.۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۴
۴.۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۹
۲.۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۰

CV%: 9.659	SD: 0.392	Mean: 4.06
------------	-----------	------------

