

high -anshlabs : عنوان کنترل

Anti Mullerian hormone : عنوان آزمایش

شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۵/۱۱:

سری ساخت : ۰۲۳۴۲۰

الیزایدر : عنوان دستگاه

%CV	SD	SD۲-	SD۲-	SD۱-	MEAN	SD۱	SD۲	SD۲
۸.۵۱۳	۰.۳۴۶	۲.۰۳۵	۲.۳۷۱	۲.۷۱۷	۴.۰۶۳	۴.۴۰۹	۴.۷۵۵	۵.۱۰۱

مقدار	تاریخ
۲.۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۲
۲.۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۴.۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۴.۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۲.۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۷

مقدار	تاریخ
۲.۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۲.۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۴.۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۲.۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۴.۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۴.۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۱

مقدار	تاریخ
۲.۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲.۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۲.۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۴.۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۱

CV%: 6.089	SD: 0.24	Mean: 3.935
------------	----------	-------------

