

عنوان کنترل : high -anshlabs
شروع کنترل :
۱۳۹۹/۰۵/۱۱:

سری ساخت : ۰۲۳۴۲۰

عنوان آزمایش : Anti Mullerian hormone
عنوان دستگاه : الیزا ریدر

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۶.۷۴۸	۰.۲۶۶	۲.۱۴۵	۲.۴۱۱	۲.۶۷۷	۳.۹۴۳	۴.۳۰۹	۴.۴۷۵	۴.۷۴۱

مقدار	تاریخ
۳.۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۴
۳.۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۷

مقدار	تاریخ
۴.۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۴	۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۳.۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۸

مقدار	تاریخ
۳.۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۳
۳.۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۳.۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۷

CV%: 6.788	SD: 0.259	Mean: 3.813
------------	-----------	-------------

