

high - anshlabs : عنوان کنترل :
شروع کنترل :
۱۳۹۹/۰۵/۱۱:

سری ساخت : ۰۲۳۴۲۰

Anti Mullerian hormone : عنوان آزمایش :
الیزایدن : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۷.۸۹۸	۰.۳۳	۲.۱۸۸	۲.۵۱۸	۲.۸۴۸	۴.۱۷۸	۴.۵۰۸	۴.۸۳۸	۵.۱۶۸

مقدار	تاریخ
۴.۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۴.۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۸

مقدار	تاریخ
۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۳.۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۴.۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۹

مقدار	تاریخ
۴.۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳.۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۷
۳.۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۰

CV%: 3.487	SD: 0.141	Mean: 4.038
------------	-----------	-------------

