

عنوان آزمایش : Anti Mullerian hormone  
عنوان دستگاہ : الایزایدر  
عنوان کنترل : high -anshlabs  
سری ساخت : ۰۲۲۴۲۰  
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۸۸۱	۰,۲۰۳	۳,۵۴۲	۳,۷۴۵	۳,۹۴۸	۴,۱۵۱	۴,۳۵۴	۴,۵۵۷	۴,۷۶

مقدار	تاریخ
۳,۷۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵

مقدار	تاریخ
۴,۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۴,۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۳,۹۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۳

مقدار	تاریخ
۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۴,۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۴,۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۴,۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۶

CV%: 5.152	SD: 0.211	Mean: 4.102
------------	-----------	-------------

