

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

high -anshlabs : عنوان کنترل :

شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۵/۱۱:

Anti Mullerian hormone

الیزابدر

: عنوان آزمایش :

: عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۰۲۲۴۲۰


%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۷.۷۴۴	۰.۳۲۱	۳.۱۸۷	۳.۵۰۸	۳.۸۳۹	۴.۱۵	۴.۴۷۱	۴.۷۹۳	۵.۱۱۳

مقدار	تاریخ
۴.۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۴.۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۵
۴.۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۳.۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۰
۴.۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۴.۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۳.۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۸
۳.۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۳.۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۴.۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۴.۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۳.۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۴
۴.۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۴.۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۹

CV%: 7.467	SD: 0.308	Mean: 4.127
------------	-----------	-------------



آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

LOW-anshlabs : عنوان کنترل :

شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۵/۱۱:

Anti Mullerian hormone

الایزایدر

: عنوان آزمایش :

: عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۰۲۳۴۳۰

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۱.۹۱۵	۰.۱۷۹	۰.۹۶۷	۱.۱۴۶	۱.۳۳۵	۱.۵۰۴	۱.۶۸۳	۱.۸۶۳	۲.۰۴۱

مقدار	تاریخ
۱.۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۲
۱.۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۱.۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۵
۱.۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۱.۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۰
۱.۳۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۱.۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۱.۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۱.۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۸
۱.۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۰

مقدار	تاریخ
۱.۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۱.۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۱.۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۱.۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۴
۱.۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۱.۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۹

CV%: 13.284	SD: 0.202	Mean: 1.521
-------------	-----------	-------------

