

عنوان آزمایش : Anti Mullerian hormone
عنوان دستگاه : الیزاریدر
عنوان کنترل : high -anshlabs
سری ساخت : ۰۲۲۴۲۰
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶.۷۵۷	۰.۲۸۸	۳.۴۰۱	۳.۶۸۹	۳.۹۷۷	۴.۲۶۵	۴.۵۵۳	۴.۸۴۱	۵.۱۲۹

مقدار	تاریخ
۳.۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۳.۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۷

مقدار	تاریخ
۳.۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۳.۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۴.۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۴.۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۴.۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۴

مقدار	تاریخ
۴.۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۳.۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۳.۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۵
۴.۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۸
۳.۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۰

CV%: 9.649	SD: 0.398	Mean: 4.125
------------	-----------	-------------

