

# آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

high -anshlabs : عنوان کنترل :

شروع کنترل  
۱۳۹۹/۰۵/۱۱:

Anti Mullerian hormone

الیزابدر

: عنوان آزمایش :

: عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۰۲۲۴۲۰

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۷.۸۹۲	۰.۲۳	۳.۱۸۵	۳.۵۱۵	۳.۸۴۵	۴.۱۷۵	۴.۵۰۵	۴.۸۳۵	۵.۱۶۵

مقدار	تاریخ
۴.۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۴
۳.۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۴.۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۹
۴.۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۳.۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۴.۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۴.۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۴.۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۴.۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۴.۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۳.۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۴.۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۲

CV%: 8.088	SD: 0.34	Mean: 4.2
------------	----------	-----------

