

عنوان آزمایش : Aldosterone (upright)
عنوان دستگاه : الیزا ریدر

سری ساخت : 5502 A

عنوان کنترل : B کنترل
شروع کنترل : 1400/04/15

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
1915.099	1756.716	1598.333	1439.95	1281.567	1123.184	964.801	158.383	14.7

تاریخ	مقدار
27/04/1400	1411
29/04/1400	1639

تاریخ	مقدار
22/04/1400	1574
24/04/1400	1499

تاریخ	مقدار
15/04/1400	1454
17/04/1400	1459

Mean: 1506	SD: 85.206	CV%: 5.658
------------	------------	------------

