

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت
A
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۴/۱۵:

عنوان آزمایش : Aldosterone
((upright
الایزایدر
عنوان دستگاه : سری ساخت : A۵۵۰۲

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۸.۱۲۱	۳۷.۵۹۳	۹۴.۶۷۱	۱۳۲.۲۶۴	۱۶۹.۸۵۷	۲۰۷.۴۵	۲۴۵.۰۴۳	۲۸۲.۶۳۶	۳۲۰.۲۲۹

مقدار	تاریخ
۲۱۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۱۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۶۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۱۷۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۲۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۱۸۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۳

مقدار	تاریخ
۲۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۲۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۱۹۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۲۱۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۱

CV%: 18.262	SD: 35.135	Mean: 192.4
-------------	------------	-------------

