

عنوان آزمایش : (Aldosterone (upright
عنوان دستگاه : IDS
سری ساخت : ۱۰۴۶۹۳
کنترل III : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۹/۲۳

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۳,۸۸۳	۷,۷۷۵	۳۲,۶۷۵	۴۰,۴۵	۴۸,۲۲۵	۵۶	۶۳,۷۷۵	۷۱,۵۵	۷۹,۳۲۵

مقدار	تاریخ
۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۵۹,۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۵۹,۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۴۸,۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۰

مقدار	تاریخ
۵۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۳
۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۵۹,۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۰

CV%: 10.022	SD: 5.525	Mean: 55.13
-------------	-----------	-------------

