

عنوان آزمایش : (Aldosterone (upright
عنوان دستگاه : IDS
سری ساخت : ۱۰۴۶۹۳
عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۹/۲۳

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۵۵	۱,۶۷۸	۱۷,۱۹۶	۱۸,۸۷۴	۲۰,۵۵۲	۲۲,۲۳	۲۳,۹۰۸	۲۵,۵۸۶	۲۷,۲۶۴

مقدار	تاریخ
۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۹
۲۳,۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۲,۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۷
۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۹
۲۲,۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۲۳,۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۲
۲۲,۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۴
۲۱,۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۶

مقدار	تاریخ
۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۱
۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۳
۲۳,۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۲۳,۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۸
۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۰
۲۲,۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳

CV%: 4.852	SD: 1.115	Mean: 22.987
------------	-----------	--------------

