

عنوان آزمایش : Androstenedione
عنوان دستگاه : الایزایدر
سری ساخت : ANDR-5151B
عنوان کنترل : عنوان کنترل
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
کنترل داخل کیت

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۹.۵	۰.۱۹۷	۰.۹۴۹	۱.۱۴۶	۱.۳۴۳	۱.۵۴	۱.۷۳۷	۱.۹۳۴	۲.۱۳۱

مقدار	تاریخ
۱.۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۰
۱.۴۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۲

مقدار	تاریخ
۱.۴۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۱.۵۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۱.۴۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۱.۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۸

مقدار	تاریخ
۱.۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۱.۳۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۱.۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۱.۵۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۸

CV%: 5.411	SD: 0.079	Mean: 1.463
------------	-----------	-------------

