

Biorad II : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۵/۲۵:

سری ساخت : ۴۰۲۸۲

Alpha Fetoprotein -CLIA : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۲.۶۲۷	۲.۰۱۷	۷۰.۷۳۶	۷۲.۷۵۳	۷۴.۷۷	۷۶.۷۸۷	۷۸.۸۰۴	۸۰.۸۲۱	۸۲.۸۳۸

مقدار	تاریخ
۸۰.۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۷۵	۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۷۹.۵	۱۴۰۰/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۷۹.۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۷۴.۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۷۳.۶	۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۷۶.۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۷۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۷۶	۱۴۰۰/۰۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۷۸.۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۵
۷۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۶
۷۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۷۸.۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۸
۷۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۹
۷۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۱

CV%: 2.953	SD: 2.274	Mean: 76.987
------------	-----------	--------------

