

TUMOR MAEKER - : عنوان کنترل :  
HIGH

شروع کنترل :  
۱۳۹۹/۰۸/۲۷:

سری ساخت : ۴۰۵۸۴۳

Alpha Fetoprotein - : عنوان آزمایش :  
CLIA

elecsys : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۸.۱۳۶	۷.۰۰۴	۶۵.۰۷۷	۷۲.۰۸۱	۷۹.۰۸۵	۸۶.۰۸۹	۹۳.۰۹۳	۱۰۰.۰۹۷	۱۰۷.۱۰۱

مقدار	تاریخ
۸۹.۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۹۰.۵۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۵

مقدار	تاریخ
۸۴.۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۸۷.۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۷
۸۴.۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۹

مقدار	تاریخ
۸۱.۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۲
۹۰.۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۳
۶۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۴

CV%: 9.2	SD: 7.77	Mean: 84.458
----------	----------	--------------

