

عنوان کنترل : maternal control I

عنوان آزمایش : Alpha Fetoprotein - CLIA

شروع کنترل : ۱۴۰۰/۱۲/۰۸:

سری ساخت : MS۸۱۵۲

عنوان دستگاه : simense

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۱۲	۰.۷۸۳	۹.۸۰۱	۱۰.۵۸۴	۱۱.۳۶۷	۱۲.۱۵	۱۲.۹۳۳	۱۳.۷۱۶	۱۴.۴۹۹

مقدار	تاریخ
۱۱.۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۱۰.۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۱۱.۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۷
۱۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۸
۱۱.۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۱.۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۱۱.۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۱۲.۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۴
۱۱.۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۵
۱۰.۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۱۰.۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۸
۱۱.۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۴

مقدار	تاریخ
۱۱.۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۱۱.۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۲
۱۰.۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۱۱.۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۶
۱۱.۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۸
۱۱.۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۱۱.۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۱

CV%: 4.292	SD: 0.49	Mean: 11.411
------------	----------	--------------

