

Biorad II : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۵/۲۵:

سری ساخت : ۴۰۲۸۲

Alpha Fetoprotein -CLIA : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۲.۸۴۴	۲.۱۹	۷۰.۴۱۷	۷۲.۶۰۷	۷۴.۷۹۷	۷۶.۹۸۷	۷۹.۱۷۷	۸۱.۳۶۷	۸۳.۵۵۷

مقدار	تاریخ
۸۰.۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۸۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۸۰.۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۷۵.۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۷۹.۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۸۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۷۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۸۰.۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۸۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۷۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۷۵.۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۵

مقدار	تاریخ
۸۱.۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۷۶.۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۷۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۷۶.۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۸۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۷۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۷

CV%: 3.313	SD: 2.59	Mean: 78.159
------------	----------	--------------

