

عنوان آزمایش : Alpha Fetoprotein -CLIA
عنوان دستگاه : Cobas E411

سری ساخت : 462648

عنوان کنترل : Hight
شروع کنترل : 1400/02/25

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
86.565	82.927	79.289	75.651	72.013	68.375	64.737	3.638	4.81

تاریخ	مقدار
26/04/1400	76
27/04/1400	75
28/04/1400	70.4
29/04/1400	79
31/04/1400	75

تاریخ	مقدار
16/04/1400	72
17/04/1400	80
19/04/1400	75
21/04/1400	75
22/04/1400	65
23/04/1400	70
24/04/1400	71

تاریخ	مقدار
08/04/1400	78.2
09/04/1400	81
10/04/1400	76.73
12/04/1400	75
13/04/1400	65
14/04/1400	76
15/04/1400	75

Mean: 74.228	SD: 4.423	CV%: 5.958
--------------	-----------	------------

